

Winkelgelenkadapter



Gebrauchsanleitung

ROTH **MOBELI**® Winkelgelenk Adapter

REF 1400558

als Zubehör für mobile verstellbare 2-Hand-Teleskop-Haltegriffe
(Best. Nr. 14002 21S, 14002 22S, 14002 23S)

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemein	2
1.1 Allgemeine Informationen	2
1.2 Erklärungen/Symbole in der Anleitung und auf dem Griff	2
1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung und Einsatzbereich	2
1.4 Nutzungsdauer.....	2
1.7 Wiedereinsatz	2
2. Sicherheitsinformationen	2
3. Bedienung Montage	3
3.1 Montieren	3
3.2 Montagebeispiele	3
3.3 Zerlegen	3
4. Technische Daten	4
4.1 Kennzeichnungen auf dem Produkt	4
4.2 Maße und Gewichte	4
4.3 Materialien	4
5. Instandhaltung	4
5.1 Instandhaltung (Reinigung/Desinfektion)	4
5.2 Instandhaltung (Wartung).....	4
6. Störungen	4

1. Allgemein



1.1 Allgemeine Informationen



Lesen Sie unbedingt vor der Benutzung diese Gebrauchsanleitung und die Gebrauchsanleitung der Haltegriffe (falls nicht vorhanden unbedingt anfordern!) sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

Diese Gebrauchsanleitung für späteres Nachlesen aufbewahren und an weitere Benutzer weitergeben!

1.2 Erklärungen/Symbole in der Anleitung und auf dem Griff

	Gebrauchsanleitung beachten!
	Für Personen mit einer Sehschwäche; kann im Internet für diese Anleitung unter https://www.mobeli.de/download-bereich die Schriftgröße entsprechend eingestellt werden.
	Warnhinweise (Weisen auf eine gefährliche Situation hin)
	Hersteller (zusätzlich auf der Griffstange Herstellungsjahr)
	Bestellnummer
	Maximales Benutzergewicht
	Die mobilen MOBELI Haltegriffe sind konform mit der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte der Klasse I
	Chargenbezeichnung

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung und Einsatzbereich:

Der Winkelgelenkadapter darf nur als Zubehör für Haltegriffe **1400221S, 22S und 23S** verwendet werden. Die Winkelgelenkadapter erhöhen die Flexibilität dieser Haltegriffe zur weitgehend selbständigen Nutzung von Dusche, Badewanne, Toilette und Waschbecken. Durch den schnell aufklipsbaren Winkelgelenk-Adapter ist die Benutzung über Eck möglich.



Achtung! Der Griff darf nicht als Sitz verwendet werden. Jede weitere Verwendung, z.B. als Sitz, Tragegriff oder als Steighilfe ist nicht erlaubt

1.4 Nutzungsdauer

Die zu erwartende Nutzungsdauer beträgt (bei täglicher und bestimmungsgemäßer Verwendung) in einer Einrichtung/ Institution sechs Jahre. Voraussetzung dafür sind die Einhaltung der Wartungs- und Sicherheitsvorschriften, die in dieser Gebrauchsanleitung angegeben sind. Die tatsächliche Nutzungsdauer kann abhängig von Häufigkeit und Intensität der Verwendung variieren. Diese Griffe sind geprüft nach ISO 17966:2016.

1.5 Wiedereinsatz

Das Produkt ist für den wiederholten Gebrauch geeignet. Wie oft das Produkt eingesetzt werden kann, hängt von der Art der Verwendung ab. Reinigen, desinfizieren und überprüfen Sie das Produkt vor dem erneuten Gebrauch gründlich.

2. Sicherheitsinformationen



- Vor jeder Benutzung des Haltegriffes mit den Winkelgelenkadaptoren muss die Anleitung der Haltegriffe beachtet werden.
- Das maximale Benutzergewicht der 2-Hand Haltegriffe reduziert sich bei der Benutzung des Winkelgelenk-Adapters auf **75 kg!**
- Die Winkelgelenk-Adapter dürfen nur in funktionsfähige Haltegriffe eingesetzt werden.
- Beschädigte Aufkleber unbedingt ersetzen.

3. Bedienung und Montage

3.1 Montieren

Zuerst die Stange aus dem Griff ausklipsen (siehe Bedieninfo Mobiler Haltegriff)



Schnellverriegler des Teleskopgriffes eindrücken und in den Winkelgelenk-Adapter stecken.



Danach Schnellverriegler des Winkelgelenk-Adapters eindrücken und in den Saugkopf schieben



Der montierte Griff darf nur bei festem Halt der Schnellverriegler benutzt werden. Unbedingt nach der Montage sicheren Halt durch Ziehen am Griff überprüfen.


3.2 Montagebeispiel für die 2-Hand-Teleskop-Haltegriffe mit Winkelgelenkadapter als Zubehör

Durch den Winkelgelenk-Adapter werden die 2-Hand-Teleskop-Haltegriffe (Best. Nr. 14002 21S, 22S, 23S) noch universeller einsetzbar. Durch die schnell aufklipsbaren Winkelgelenk-Adapter sind die Griffe jetzt auch an ungünstigen Ecken positionierbare Hilfe. Wird der Winkelgelenk-Adapter nicht mehr benötigt kann er einfach wieder entfernt werden und für die nächste Problembewältigung bereitgelegt werden.

→ Benutzung über Eck – in der Glasdusche, Badewanne oder am Waschbecken.



→ Überbrücken von Unebenheiten




Achtung! Quetschgefahr! Nur im Bereich des Teleskopgriffes festhalten, keinesfalls im Bereich des Winkelgelenkadaptors.



3.3 Zerlegen

Den Schnellverriegler vom Winkelgelenkadapter Eindrücke vom 2-Hand Haltegriff eindrücken (siehe Bild 6 a) und aus dem Saugkopf herausziehen. Danach das Teleskop vom Winkelgelenkt lösen und wie in der Anleitung vom 1400221-2-3S Haltegriff angegeben montiere.




4. Technische Daten

4.1 Kennzeichnungen auf dem Produkt: (Erklärungen der Symbole siehe Seite 2)



Unbedingt die Kennzeichnung des Haltegriffes beachten und berücksichtigen, dass sich das max. Benutzergewicht der Haltegriffe bei der Benutzung der Winkelgelenk-Adapter auf 75 kg reduziert!



4.2 Maße und Gewichte:

Das Winkelgelenkadapterpaar wiegt zusammen 192 Gramm.
Die Gesamtlänge des Haltegriffes verlängert sich um 170 mm.

4.3 Materialien:

Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile aus POM

5. Instandhaltung

5.1 Instandhaltung (Reinigung/Desinfektion):



- Die Winkelgelenkadapter sind beständig gegen die Wirkstoffe der von der DGHM (Desinfektionsmittel-Kommission der deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) zertifizierten Hände- und Flächendesinfektionsmittel, mit Ausnahme von Phenoether, Pyridinderivat und Thiocyanat.
- Reinigen Sie diese mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln, wie Seifenlauge. Achten Sie darauf, jegliche Seifen- bzw. Schaumreste nach dem Gebrauch, z.B. nach dem Duschen, gründlichst zu entfernen. (Ansonsten kann sich Rost an den Edelstahlteilen ansetzen)
- Keine scheuernden oder aggressiven Putzmittel verwenden, auf keinen Fall Verdünner oder Benzin.
- Keine Reinigungsmittel verwenden, die Kunststoffe angreifen.

5.2 Instandhaltung (Wartung):

Prüfen Sie Winkelgelenkadapter auf Beschädigungen und benutzen Sie keine beschädigten Teile.

6. Störungen: (siehe in den Gebrauchsanleitungen der jeweiligen Haltegriffe)

Eine Marke der:



MOBELI®

ROTH Sanitärprogramme GmbH
Kohlbergstraße 5
D-72213 Altensteig
Tel +49 (0)7453/9381-0 Fax -23
info@mobeli.de
www.mobeli.de